



# О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/1030**  
**Шабац, 17.12.2015.**

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке материјала за хемодијализу и перитонеумску дијализу, бр. ЈН 30/15 , за партије 3,4,5,6,7,8,9 и 10, са следећим захтевом:

.....  
Smatramo da je naručilac formirao partije 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 predmetne javne nabavke suprotno Zakonu o javnim nabavkama i samim tim suprotno suštini Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, tehnička specifikacija za napred navedene partije je formirana tako da se može ponuditi samo jedna tačno zahtevana površina membrane dijalizatora, što suštinski ograničava konkurenciju u postupku i time je u suprotnosti sa članom 10 ZJN – Načelo obezbeđivanja konkurencije., U prilogu Vam dostavljamo Rešenje Komisije za zaštitu prava br. 4-00-1344/2014 od datuma 20.06.2014. godine koja je donela odluku po ovakvomistom/sličnom pitanju, (u prilogu dopisa).

Ovako formirane površine dijalizatora ukazuju da samo određeni ponuđači, koji imaju registrovane proizvode kod ALMS mogu da konkurišu i podnesu ponude u predmetnom postupku javne nabavke čime se onemogućava i smanjuje konkurentnost javne nabavke, kao i broj potencijalnih ponuđača koji bi mogli da podnesu ponude za predmetne partije u postupku.

Ovako formirane površine dijalizatora suprotne su odredbama i načelima normiranja važećeg Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koji površine definiše i tretira u rasponu od-do (Inpr 1.3-1.8 ...) upravo da bi se omogućila konkurentnost i sprečila favorizacija određenih ponuđača.

Imajući u vidu navedeno, ovim putem pozivamo naručioca da izvrši izmene konkursne dokumentacije, uvede opseg površina dijalizatora u partijama i time konkursnu dokumentaciju učini saglasnu ZJN i Pravilniku o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

**Став наручиоца је да је наведени захтев прихватљив.**

**Наручилац ће благовремено извршити измене конкурсне документације.**

Комисија за јавне набавке  
у поступку ЈН 30/15