



О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs
Интернет: www.bolnica015.org.rs

Број: 08-1/204
Шабац, 24.02.2016.

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке хируршког концa, бр. ЈН 8/16 , са следећим захтевом:

1. Да ли ће бити прихватљива понуда за партију бр.1 ако се за неку ставку понуди игла heavy(дебела) уместо стандардних дебљина игала?
2. Да ли ће понуда бити прихватљива за партију бр.1 ако се за неку ставку понуди безбојни конач уместо љубичастог?
3. Да ли ће понуда бити прихватљива за партију бр.1 ако се за ставку бр 4 понуди конач дужине 70цм,75цм или 90цм уместо тразених 150цм?

1. **Став наручиоца је да није прихватљиво понудити дебеле (heavy) игле за било коју ставку партије 1. Наручилац предметним поступком јавне набавке набавља искључиво игле стандардне дебљине сходно својим потребама. Уколико се понуди дебела (heavy) игла за било коју ставку, понуда неће бити прихватљива. Понуда неће бити прихватљива и ако се у каталогу означи стандардна игла а прегледом узорака буде утврђено да је достављен узорак дебеле (heavy) игле.**
2. **Став наручиоца је да није прихватљиво ни за једну ставку партије 1 понудити безбојни (бели) конач уместо љубичастог. Понуђени конач мора бити у одговарајућој боји (љубичаста – violet). Уколико прегледом узорака буде утврђено да је за поједине или све ставке понуђен безбојни конач (бели) понуда неће бити прихватљива.**
3. **Став наручиоца је да је прихватљиво ако се за ставку 4 партије 1 уместо захтеване дужине концa од 150 цм понуди конач дужине 70, 75 или 90 цм. Према наведеном прихватљива је понуда ако се понуди конач дужине 150 цм и ако се понуде конци дужине 70, 75 или 90 цм, односно могу се понудити све наведене дужине.**

Комисија за јавне набавке
у поступку ЈН 8/16