



О П Ш Т А
БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs
Интернет: www.bolnica015.org.rs

Број: 08-1/1006
Шабац, 16.11.2016.

Potencijalni ponuđač se obratio naručiocu radi pojašnjenja konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke laboratorijske plastike i stakla, br. JN 27/16 , za partiju 16 (partija 15 nakon izmena konkursne dokumentacije), sa sledećim zahtevom:

Zahtev za partiju 16 je da ukoliko ponuđač nudi trake drugog proizvođača dužan je da dostavi izjavu proizvođača da su te trake odgovarajuće za rad na aparatu Dirui H 500. Kako je moguće ponuditi „ili odgovarajuće“ trake, molimo Vas da omogućite da se umesto gore navedene izjave ponudi uz trake i odgovarajući aparat kapaciteta 720 testova/h, za vreme trajanja ugovora, jer se traženom izjavom ograničava konkurencija što je u suprotnosti sa čl. 10. ZJN, obzirom da izjavu može dobiti jedino ovlašćeni distributer na teritoriji Republike Srbije.

Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Tehničkom specifikacijom, odnosno napomenom ispod partije je precizirano na koji način se mogu ponuditi odgovarajuće trake za rad na aparatu.
Naručilac nema potrebu za pribavljanjem drugog aparata, a predmet nabavke su trake za rad na aparatu a ne sam aparat.
Tehničkom specifikacijom naručioca obezbeđena je konkurencija ponuđača.

Комисија за јавне набавке
у поступку JN 27/16